
SZÉKLET M2-PK VIZSGÁLAT - MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ


BÉLDAGANAT SZŰRÉSE M2-PK SZÉKLET TESZTTEL

Ez egy új eljárás, melyet 2003 óta már számos országban alkalmaznak. Magyarországon 2008-ban került bevezetésre. A vizsgálat lényege a daganat által termelt piruvát kináz (PK) dimer M2 enzim kimutatása. Székletvizsgálatról van szó, tehát nem fájdalmas, ugyanakkor a daganatjelző pontossága nagyon jó, hozzávetőleg 85%-os.


A mintavételt megelőzően semmilyen speciális diétára nincs szükség. Ügyeljen arra, hogy a mintavétel során a széklet ne érintkezzen vízzel vagy vizelettel! Felhívjuk a figyelmet, hogy híg széklet, vizsgálatra nem alkalmas. Menstruáció ideje alatt, a mintavétel nem javasolt (nők).




Vegye ki a speciális széklettartályt a dobozából és a védőtasakból. A tartály végén lévő fület (fehér) fordítsa el ütközésig.



Húzza ki széklettartályból a piros, középen lyukas dugón keresztül a fehér mintavevő pálcát.



A középen lyukas piros dugó maradjon a csőben, ezt nem kell kivennie. A mintavevő pálcát egymás után négy helyre, 1-1 cm mélyre szúrja bele a székletbe úgy, hogy a pálca végén az apró rovátkák köze megteljen széklettel (a felesleget távolítsa el papírral)



Ellenőrizze, hogy a pálca végén lévő rovátkák (mindegyik) közét kitölti-e a széklet. A vizsgálathoz pontosan a rovátkák között maradó székletmennyiség kell. **A székletbe csak a pálcát kell beleszúrni, nem kell a csőbe székletet tenni!**

A mintavevő pálcát a közepén lyukas piros dugón keresztül dugja vissza a tartályba, és a lezáráshoz fordítsa el a nyitási iránnyal ellentétesen ütközésig.

A mintát 24 órán belül juttassa el a laboratóriumba! Ez alatt az idő alatt a minta szobahőn tárolható.